

Số: /BVTT-KD

Bắc Giang, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ
Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số và phụ kiện

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá .

Căn cứ Luật giá 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực Trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế Bắc Giang về việc giao dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế; Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất năm 2026: kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đơn vị để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước .Bệnh viện Tâm Thần Bắc Giang kính mời quý công ty /Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh

nghiệm tham gia thẩm định giá Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số và phụ kiện.

1. Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số và phụ kiện (có phụ lục kèm theo).
2. Đề nghị quý công ty /Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:
 - Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định) các tài liệu khác liên quan nếu có.
 - Thời gian địa chỉ nộp hồ sơ : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng thư mời trên trang thông tin của bệnh viện Tâm Thần Bắc Giang .
 - Địa chỉ nhận hồ sơ : Khoa Dược - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, số 166 Đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (DS : Đỗ Thị Hợi - SĐT 0986.953.585).

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bắc Giang rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý công ty /Đơn vị ./.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Xuân Tuấn

PHỤ LỤC KÈM THEO THƯ MỜI THĂM ĐỊNH GIÁ

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số và phụ kiện	Hệ thống	01	<p>I. THÔNG TIN CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng: Máy mới 100% - Sản xuất từ năm 2022 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 , ISO 13485... - Phụ kiện an toàn gồm áo, mũ, kính chì <p>II. CẤU HÌNH</p> <p>1. Hệ thống máy chụp X quang và phụ kiện</p> <p>1.1 Tủ phát cao tần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải kV: 40 – 150 kV, bước điều chỉnh 1kV - Dải mA: 10 – 500 mA hoặc cao hơn - Các chương trình giải phẫu: do người dùng cài đặt - Các thông số hiển thị: kV, mA, s, mAs <p>1.2 Bóng X quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại bóng : Anode quay - Kích thước tiêu điểm: 2 tiêu điểm <p>1.3 Bộ chuẩn trực</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đèn LED để định vị vùng chụp - Có vạch chính tâm - Có lá chì che chắn các vùng ngoài định vị <p>1.4 Cột mang bóng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chạy trên đường ray gắn vào sàn

				<ul style="list-style-type: none"> - Có hệ thống khóa điện từ để cố định vị trí - Cân bằng: cân bằng trọng lực <p>1.5 Bàn bệnh nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bàn có thể dịch chuyển theo chiều ngang, chiều dọc, và được cố định bằng khoá điện từ. - Thiết bị Bucky, có lưới lọc tia - Lưới lọc tia: tỉ lệ 10:1 trở lên - Định vị tâm bàn <p>1.6 Giá chụp phổi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di chuyển theo phương thẳng đứng, có thể chốt lại ở bất kì vị trí nào nhờ khoá điện từ. - Tỷ lệ lưới lọc tia: 10:1 trở lên - Cân bằng: cân bằng trọng lực <p>2. Bộ thu và nhận ảnh bộ máy X quang số DR</p> <p>2.1 Tấm thu nhận hình ảnh mặt phẳng kể nối không dây</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước nhận ảnh: 35 x 43 hoặc 43 x 43cm - Tiêu chuẩn không dây: IEEE 802.11 a/b/n/g, 2.4GHz và 5GHz - Bộ chuyển đổi 16 Bit - Chế độ hoạt động: kích hoạt tự động khi nhận tia - Thời gian xem ảnh: nhỏ hơn hoặc bằng 3s <p>2.2 Trạm thu nhận và xử lý ảnh</p> <p>Bộ máy vi tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU Intel Core i5 thế hệ 12 hoặc cao hơn - RAM: 8GB hoặc cao hơn
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none">- Ổ cứng: SSD 1T hoặc cao hơn- Màn hình hiển thị IPS : 22 inch hoặc cao hơn (Màn hình chuyên dụng cho hệ thống x quang kts)- Windows 10 hoặc cao hơn- Bộ bàn phím chuột không dây <p>Phần mềm xử lý ảnh</p> <ul style="list-style-type: none">- Cho phép cài đặt thông tin bệnh nhân, cài đặt thông số chụp- Các chức năng xử lý hình ảnh tiêu chuẩn: Xử lý màu sắc, độ nét, độ tương phản, triệt tiêu ảnh ảo, loại bỏ đường sọc lưới lọc tia....- Hệ thống dễ dàng kết nối với hệ thống mạng của bệnh viện (PACS, RIS/HIS, bệnh án điện tử...); Lưu trữ hình ảnh DICOM; Gửi hình ảnh DICOM. <p>3. Máy in phim khô</p> <ul style="list-style-type: none">- Công nghệ in: In laser- Số khay phim: 02 khay- Có thể in nhiều cỡ phim: 20x25, 25x30, 35x35, 35x43...
--	--	--	--	--

